

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
ИНСТИТУТ ЗА ОРТОПЕДСКО-ХИРУРШКЕ БОЛЕСТИ  
"БАЊИЦА"  
Бр. 1-1342 /6-2017  
11.01.2018 20 год.  
БЕОГРАД, Михаила Арамовића бр. 28  
пошт. фах 65

Поштовани,

Сходно члану 63. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: ЗЈН), достављамо одговоре на постављена питања везаних за **ЈН 62/2017** – „Набавка стерилних хируршких рукавица по спецификацији Наручиоца «БАЊИЦА»

ПИТАЊЕ:

Наручилац на страни 7 конкурсне документације, за позицију 1, захтева да су понуђачи обавезни да доставе Тест независне овлашћене лабораторије којом се доказује да вредност AQL буде  $\leq 0,65$ .

Исто тако, наручилац на страни 8 конкурсне документације, за позицију 2, захтева да су понуђачи обавезни да доставе Тест независне овлашћене лабораторије којом се доказује да вредност AQL буде  $\leq 1,5$ .

Није логично, нити уобичајено, да се вредност AQL доказује тестом независне овлашћене лабораторије, већ је тај податак део сопствених испитивања произвођача и он га уноси у своје каталоге, проспекте, техничке листове, итд. Заинтересовано лице предлаже наручиоцу да избрише из техничких захтева услов доставе теста независне овлашћене лабораторије вредности AQL за позиције 1 и 2 и да се тражене вредности могу доказати каталогом или другим штампаним издањем производа.

ОДГОВОР:

Наручилац је изменио Конкурсну документацију и објавио на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца дана 11.01.2018. године и Обавештење о продужењу рока за доставу понуда.

Институт ЗА  
ОРТОПЕДСКО-ХИРУРШКЕ БОЛЕСТИ  
"БАЊИЦА"  
БЕОГРАД, Михаила Арамовића 28

У Београду, 11.01.2018. год.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ