

РЕПУБЛИКА СРБИЈА			
ИНСТИТУТ ЗА ОРТОПЕДСКО-ХИРУРШКЕ БОЛЕСТИ			
"ДРАЖЕНКА"			
ОПШТА СЛУЖБА-БЕОГРАД			
ПРИМЉЕНО: 15.06.2018			
Срт. Јед.	Број	Прилог	Вредност
01	Г-608/7		

Поштовани,

Сходно члану 63. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: ЗЈН), достављамо одговоре на постављена питања везана за ЈН 33/2018 – „Потрошни материјал и резервни делови за потребе постројења за стерилизацију медицинског инфективног отпада, по партијама, по спецификацији Наручиоца“

ПИТАЊА:

Питање 1:

„Молимо вас за појашњење конкурсне документације ЈН 33/2018, за партију 1.

Имајући у виду да је конкурсном документацијом (стр.6) предвиђено да се достави „фотокопија стандарда ISO 23907“, као и чињеницу да је одредбом члана 71.Законом о јавним набавкама предвиђена обавеза Наручиоца да уклони техничке недостатке спецификације траженог добра одређује се позивом на српске ,европске ,међународне или друге стандарде ,тако да то одређивање буде працено речима „или одговарајуће“,због чега садржина конкурсне документације не садржи цитиране речи,у складу са законом? Предлажемо да уочени недостатак благовремено отклоните како не би дошло до сужавања конкуреније .

2. Имајући у виду да стандард ISO 23907 представља међународни стандард који је следствено томе карактеристичан за робу сране производње ,предлажемо да у оквиру конкурсне документације предвидите срода домаћи или други стандард како не би дошло до дискриминације домаћих производијача ,те Вас молимо заобразложење због чега је прихватљив искључиво стандард ISO 23907? Предлажемо да уочени недостатак благовремено отклоните како не би дошло до сужавања конкуренције .

3. Да ли је достављање „фотокопија стандарда“ уствари представља испуњавање додатног услова из члана 76.Закона о јавним набавкама?

4. Од стране ког лица мора бити издат скт којим се доказује испуњеност тражених стандарда ,те које конкретно доказно средство прихватљиво за Наручиоца будући да је израз „фотокопија стандарда“ нејасан?

5.Имајући у виду да је конкурсном документацијом тражено достављање узорака ,те да текст на страни 6 (трећи пасус) конкурсне документације садржи нелогичност тако што се прво наводи да се узорци траже ради еталонирања и провере да ли понуђено добро одговара спецификационом карактеристикама (што је у суштини тестирање),а да се затим тврди да узорци неће бити оцењивани ,предлажемо да уочену нелогичнос отклоните .Како је могуће вршити испитивање да ли добро одговара спецификационим карактеристике

(техничке спецификације) кад је то део стручне оцене понуд по самом Закону о јавним набавкама?

6.Захтевамо да се Наручилац изјасни на који начин (по којој методологији) ће спровести еталонирање и проверу испуњености спецификационих карактеристика? „

Питање :

У конкурсној документацији на страни број 6 Захтевате да је понуђач у обавези да уз понуду достави за партију број 1 а за позицију 2 и 3 Sertifikat UN 3291 i ISO 23097...

Поштовани желимо да Вам укажемо да су ова два стандард који се односе на робу иностраног порекла што значи да их поседује само инострани произвођач.

Захтевањем достављања ових стандарда долази до директног кршења Закона о Јавним набавкама члан 103ЈН и онемогућавања домаћих производа да учествује у поменутој јавној набавци чиме се ствара неконкурентна и фаворизована Јавна набавка намењена за једног иностраног понуђача.

Поштовани како би омогућили реалну и конкурентну а не фаворизовану јавну набавку молимо Вас да ове дискриминаторске услове изоставите као непотребне и омогућите што већу конкурентност на поменутој Јавној набавци у супротном бићемо принуђени да се обратимо Агенцији за борбу против корупције Р.Србије и Агенције за заштиту понуђача Р.Србије.

ОДГОВОР:

Наручилац је изменио конкурсну документацију и рок за подношење понуда. Измена конкурсне документације и Обавештење о продужетку рока за подношење понуда објављени су на порталу јавних набавки и интернет страницама Наручиоца дана 15.06.2017. године.

У Београду, 15.06.2018.год.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

ИНСТИТУТ ЗА
ОРТОПЕДСКО-ХИРУРШКЕ БОЛЕСТИ
„БАЊИЦА“
БЕГРАД, Михаила Аврамовића 28