



Поштовани,

Сходно члану 63. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: ЗЈН), достављамо одговоре на постављена питања везана за **ЈН 33/2018 – „Потрошни материјал и резервни делови за потребе постројења за стерилизацију медицинског инфективног отпада, по партијама, по спецификацији Наручиоца“**

ПИТАЊЕ:

Молимо вас за појашњење конкурсне документације ЈН 33/2018

Обраћамо Вам се поводом Јавне набавке Потрошни материјал и резервни делови за потребе постројења за стерилизацију медицинског инфективног отпада број 33/2018 а везано за партију број 1 Потрошни материјал за потребе постројења за стерилизацију медицинског инфективног отпада , на страниброј 29, конкурсне документације у табеларном приказу захтеваних добара под редним бројем 3 Кутије за оштре предмете са поклопцем запремине 3-3,2 лит. С механизмом за привремено и трајно затварање кутије „СА РОТИРАЈУЋИМ ПОКЛОПЦЕМ“ .

Као потенцијални понуђач у поменутој Јавној набавци желимо да Вам укажемо да Закон о управљању медицинским инфективним отпадом ни у једном свом члану не прописује какав поклопац да има механизам за привремено и трајно закључавање како не би дошло до просипања садржаја.

Захтевањем кутије са ротирајућим поклопцем долази до фаворизовања одређеног понуђача и онемогућавања других произвођача – понуђача да учествују у поменутој јавној набавци са другом врстом поклопаца који имају исту функцију ,а самим тим долази до директног кршења Закон о јавним набавкама члан 10 ЗЈН , јер се огравничава конкуренција захтевањем услова који није од суштинског значаја за вршење функције амбалаже.

Свим горе изнесеним Вам још једанпут указујемо на фаворизујући услов који није од суштинског значаја за поменуту набавку па Вас најљубазније молимо да захтевани услов изоставите и омогућите што већу конкуренцију на овој Јавној набавци или ћемо бити принуђени да се обратимо Захтевом за заштиту понуђача Управи за јавне набавке Републике Србије у законски прописаном року.

ОДГОВОР:

Поводом Вашег питања од дана 19.06.2018, у вези ЈН 33/2018, указујемо Вам на следеће:

Сходно релевантним одредбама Закона о јавним набавкама наручилац у техничкој спецификацији односно кроз техничке захтеве омогућава да добра која се набављавају одговарају конкретним потребама наручиоца.

Институт за ортопедско-хирушке болести „Бањица“ је установа која на дневном нивоу обави велики број оперативних захвата, те је неопходно да кутије за одлагање инфективног отпада и оштрих предмета буду у највећој могућој мери функционалне, како за привремено тако и за трајно одлагање, обзиром да инфективни отпад чине материјали који су одбачени током пружања здравствених услуга, а који потенцијално могу да пренесу инфективне агенсе на људска бића, док се под оштрим предметима подразумевају игле за шприцеве, скалпеле, комплете за инфузију, ножеве, оштрице, сломљено стакло.

Наиме, кутије са ротирајућим поклопцем су за Институт адекватније, а имајући у виду већи степен безбедности кутија са ротирајућим поклопцем, обзиром да нема потребе за скидањем/одвртањем поклопца сваки пут приликом одлагања.

Указујемо Вам да Институт као послодавац, а сходно релевантним одредбама Закона о раду и Закона о безбедности и здравља на раду, има обавезу да штити здравље и безбедност запослених на раду, да преузима превентивне мере, као и да могућност од оштећења здравља запослених сведе на минимум.

Опреза ради напомињемо да је тај услов постојао и претходне године како за кутије од 3, тако и за кутије од 6 литара.

Имајући у виду изнето, а обзиром да не сматрамо да је кутија са ротирајућим поклопцем фаворизијући услов, већ објективна потреба остајемо у целости при захтевима из конкурсне документације.