

Поштовани,

Сходно члану 63. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: ЗЈН), достављамо одговоре на постављена питања везана за **ЈН 48/2018 – “Набавка средстава за припрему коже руку, по партијама”**

ПИТАЊЕ:

1. „Имајући у виду да је ова јавна набавка везана (наставак) за претходну набавку средстава за хигијенско и хируршко прање и дезинфекцију, по спецификацији Наручиоца, од 22.12.2017 године партија бр 1, у вези које је поднет захтев за заштиту права и након донетог решења у корист подносиоца захтева донета одлука о обустави поступка, а у наведеној јавној набавци тражена су 2 производа

Течно biocidno sredstvo sa antiseptičkim agansom hlorheskidinom, за
гранје руку медицинског особља. Паковање до 1l са механизмом

Количина 1200 литара

И

Течно biocidno sredstvo за дезинфекцију руку на бази активних супстанци: комбинације minimum
два алкохола и QUAT или hlorheksidina; ефикасност: количина 10000 литара
baktericid, fungicid, virucid, Tuberkulocid;, тестiran у складу са EN1500
(или одговарајуће) и EN12791 (или одговарајуће); паковање 1l-2l

Тражене количине су на двогодишњем нивоу и процењена вредност по наведеној набавци за партију бр 1 је била 7 900 000,00 рсд, укупна вредност за све партије за поменуту јавну набавку од 22.12.2017 године је била 16 000 000, рсд а укупна вредност склопљених уговора за остале партије је износила 8 044 600, 00 рсд, узевши у обзир наведено потпуно је нелогично да сте сада од 1 партије направили 3 партије, да је само за средство за дезинфекцију руку планирана набавка од 24 000 литара (раније сте на нивоу 1 године трошили 4000 литара средства за дезинфекцију руку) а да је претходним тендером било планирано 10000 литара, што је огромно увећање тражених производа које није базирано на потрошњи коју имате на годишњем или двогодишњем нивоу а поред тога веома битно је да сте проценили вредност све 3 партије на 17 150 000, рсд што је значајно више од предвиђених 7 900 000,00 рсд колико је остало финансијских средстава за ову партију али и што је потпуно нелогично, јер је то већи износ него што је планирано за целокупну набавку средстава за хигијенско и хируршко прање и дезинфекцију за коју је било планирано 16 000 000,00.

Оваквим приступом се оставља могућност да се манипулише са потписаним оквирним споразумом до границе да се реализује само 1 партија а да се уговори за преостале 2 партије уопште не реализују, што представља злоупотребу самог смисла оквирног споразума, те Вас молимо да коригујете како количине по партијама тако и приближите реалном процењеној вредности у складу са Вашим планом јавних набавки и одређеним финансијским средствима за ову јавну набавку.“

ОДГОВОР:

Заинтересовани понуђач овим питањем преузима на себе надлежности које му по ЗЈН не припадају. Поступак јавне набавке ЈН 61/2017 од 22.12.2017 године према ЗЈН је обустављен и више не постоји. Након обуставе поступка ЈН 61/2017 од 22.12.2017 године наручилац је на основу могућности које му пружа ЗЈН покренуо нови поступак јавне набавке ЈН 48/2018 од 03.08.2018 године. Према томе, садашњи актуелни поступак ЈН 48/2018 не треба доводити у везу са претходним поступком. Право је и надлежност наручиоца да сам утврди спецификације, количине, процењене вредности за овај поступак независно од претходних поступака.

Потребе Института су значајно повећане у 2018. години, у односу на претходне године услед повећаног обима пријема пацијената и операција, у погледу потрошње свих добара која су неопходна за функционисање Института, што укључује и дезинфекциона средства. Такође је очекивана још већа потрошња због примене *'Fast-track' surgery* принципа, као и новог система финансирања (ДРГ система), услед кога се очекује пораст броја пацијената и операција на годишњем нивоу.

Услове и захтеве, количине најбоље дефинише наручилац полазећи од објективних потреба које најбоље познаје и цени стручна комисија наручиоца а на основу признатих научних сазнања као и доступне стручне литературе.

ПИТАЊЕ:

2. „ За партију број 3 позиција 1 тражите производ

Tečni dezinficijens za higijensku i hiruršku dezinfekciju ruku, na bazi alkohola, sa komponentama za negu kože, testiran za higijensku efikasnost u skladu sa metodama standarda EN 1500 (ili odgovarajuće) i za hiruršku efikasnost u skladu sa metodama standarda EN 12791 (ili odgovarajuće), pakovanje do 1 litar, rastvor spreman za upotrebu

Па Вас молимо да нам појасните да ли се за ову партију имајући у виду наведене карактеристике могу нудити производи који су на бази комбинације 2 алкохола са биоцидом у саставу, будући да нисте ставили ограничење у саставу производа за дезинфекцију руку као за прве 2 партије, са друге стране опис да је производ на бази алкохола, оставља могућност да то буду и 2 алкохола и биоцид, јер сте нпр у партији бр. 2 навели да производ треба да буде без додатних антисептика док за партију 3 не постоји такво ограничење

ОДГОВОР:

Техничке спецификације предмета набавке морају бити прецизно одређене, како би понуђачи могли да поднесу одговарајуће понуде, а у виду карактеристика или функционалних захтева и који морају бити довољно прецизни и јасни како би понуђачи могли да припреме одговарајуће понуде, а наручиоци да набаве добра, услуге или радове који су у складу са њиховим објективним потребама.

Понуђени производ мора да задовољава минималне техничке захтеве дефинисане техничком спецификацијом.

Минимални технички захтеви су да је на бази алкохола без обзира на број алкохола у саставу и без обзира који је алкохол. Такође не захтева се одсуство додатних антисептика тако да производ може садржати додате антисептике.

ПИТАЊЕ:

„Молимо Вас да у опису за партије 1 позиција 1, као и за партију 2, позиција 1, извршите промену којом ћете ускладити контактено време за хигијенску ефикасност у складу са траженим стандардом ЕН 1500 или одговарајући, јер по наведеном стандарду контактено време никако не може бити 15 секунди, на овај начин фаворизујете одређене произвођаче који су радили наведена тестирања у временском периоду од 15 секунди, међутим то није у складу са контактним временом у складу са стандардом ЕН 1500, већ је очигледно да је одређени произвођач дезинфекционих средстава захтевао у лабораторији која му је радила анализе да се раде испитивања у контактном времену од 15 секунди што није у складу са стандардом ЕН 1500.

Молимо Вас да урадите корекцију контактеног времена у складу са траженим стандардом ЕН 1500“

ОДГОВОР:

Наручилац је конкурсном документацијом за све партије, па тако и за партије 1. и 2. прописао све неопходне услове и техничком спецификацијом одредио све карактеристике које понуђено добро мора да садржи. Стручна комисија је у складу са ЗЈН обавила истраживање тржишта као и проверу стручне литературе.

Наручилац је поново извршио увид у Листу биоцидних средстава уписаних у Привремену листу као и расположиву стручну литературу током истраживања тржишта и утврдио да више производа испуњавају све захтеве из Техничке спецификације за Партије 1. и 2. и да више производа различитих произвођача имају контактено време 15 секунди за хигијенску дезинфекцију руку (тестирани у складу са методама стандарда ЕН 1500 или одговарајуће), као и да су ти производи тржишно доступни, чиме се на недвосмислен начин може утврдити испуњеност начела конкуренције као једног од основних у складу са законом.

Наведене техничке спецификације траженог течног биоцидног средства за дезинфекцију руку су дакле дефинисане у складу са одредбама ЗЈН и прописима из предметне области (Закон о хемикалијама („Сл. гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 92/11, 93/12, 25/15, Закон о биоцидним производима („Сл. гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 92/11, 25/15 и др.). Наручилац је нарочиту пажњу обратио на своје објективне потребе, сврсисходност набавке и квалитет траженог течног биоцидног средства за дезинфекцију руку, а посебна пажња је посвећена признатим научним сазнањима из те области.

Наручилац има обавезу сходно Закону да омогући конкуренцију међу понуђачима, што не значи да наручилац има обавезу да услове учествовања и техничке карактеристике дефинише на начин који омогућава сваком заинтересованом понуђачу да учествује у

поступку јавне набавке. Услове и захтеве наручилац дефинише полазећи од објективних потреба (које најбоље познаје и цени стручна комисија наручиоца) а не од пословних и економских интереса појединачних понуђача.

Стручна комисија наручиоца у овом случају неће мењати техничку спецификацију која је у складу са законом и не дискриминише понуђаче.

У Београду, 20.08.2018. год.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

ИНСТИТУТ ЗА
ОРТОПЕДСКО-ХИРУРШКЕ БОЛЕСТИ
"БАЊИЦА"
БЕОГРАД, Милутина Аврамовића 28