

Поштовани,

Сходно члану 63. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: ЗЈН), достављамо одговоре на постављена питања везана за **ЈН 69/2018 – “Набавка лабораторијског потрошног материјала, анестезиолошких медицинских средстава, једнократних сетова и рукавица, по партијама“**

ПИТАЊЕ:

U vezi sa objavljenom javnom nabavkom **JN br.69/2018 – Nabavka laboratorijskog potrošnog materijala, anestezoloških medicinskih sredstava, jednokratnih setova i rukavica, po partijama** molimo Vas da nam date odgovor u vezi **PARTIJE br.7 – pozicija 1, i to:**

- Da li je za naručioca prihvatljiva i ponuda ovlaživača traheostomske kanile sa crevom dužine 1,8m? U opisu tehničkih karakteristika je navedena dužina 200cm, a napominjemo da je naručilac u prethodnom višegodišnjem periodu u praksi upotrebljavao creva za dovod O2 dužine 1,8m, a ne 2m.
- Da li konekcija za tanko crevo za dovod O2, a koja se nalazi na ovlaživaču, treba da je pokretna (što je mnogo komfornije za pacijenta) ili fiksna?

ОДГОВОР:

За Наручиоца је у Партији 7 прихватљиво и creво дужине 1,8 м. Конекција за довод кисеоника треба да буде покретна.

У Београду, 09.01.2018. год.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ