

Поштовани,

Сходно члану 63. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: ЗЈН), достављамо одговоре на постављена питања везаних за **ЈН 14/2019 – „Набавка санитарског потрошног материјала за потребе ИОХБ „Бањица“, по партијама“**.

ПИТАЊА:

„Питања која се односе на партију 24:

1. Stavka 1 је дефинисана као „Adapter за вакуум епрувету“. Обзиром да није дефинисано, молимо да појасните каква врста адаптера је потребна, тј. да ли је потребно понудити **adapter за вакуум епрувету са интегрисаним (уграђеним) luer adapterом, стерилан, појединачно пакован или другачији?** Имајући у виду чињеницу да је **Vaša установа специфична због патологије лежећих пацијената**, овај **sofisticirani adapter омогућава лакше узorkовање крви код пацијената са пласираном IV канилом и спречава могућност настaнка хемолize**. Додатно, adapter за вакуум епрувету са уграђеним luer adapterом **не изискује додатни трошак** за куповину luer адаптера чиме се добија производ са додатном вредношћу.
2. Опис ставке 6 је „mikroeprovete за капиларно узимање крви са левком NaF и EDTA“. Оне се, као и све mikroeprovete са сивим чепом користе за узorkовање капиларне крви за одређивање глукозе. **Молимо да појасните да ли је прихватљиво понудити функционално одговарајућу mikroeprovetu за капиларно узимање крви (тј. исте намене као што је тражена), са смешом адитива NaF+K-oksalat?** Наглашавамо да се mikroeproveta са NaF и K-oksалатом користила у Vaшој установи када смо Вас снабдевали епруветама за вађење крви и да Vaше особље није имало рекламације на исте.“

ОДГОВОРИ:

1. Конкурсноm документацијом за партију 24, позиција 1, adapter за вакуум епрувету је предвиђен за виšekратну употребу, и није потребно да буде стерилан и појединачно пакован, нити са интегрисаним luer adapterом.
2. За партију 24, позиција 7, mikroeprovete за капиларно узимање крви са левком NaF и EDTA, Комисија за јавну набавку ће извршити измену конкурсне документације. Позиција 7 ће након измене бити: „mikroeprovete за капиларно узимање крви са левком NaF и EDTA (или смеша адитива NaF+K-oksalat)“.

У Београду, 09.05.2019. год.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ