

Поштовани,

Сходно члану 63. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: ЗЈН), достављамо одговоре на постављена питања везаних за **ЈН 20/2020-Набавка комплета ресорптивног уградног и потрошног материјала за реконструктивну хирургију лигамената и тетива колена, рамена, шаке и стопала, по партијама.**

Питање:

Молимо Вас да нам дате додатна појашњења и информације конкурсне документације за јавну набавку „Набавка комплета ресорптивног уградног и потрошног материјала за реконструктивну хирургију лигамената и тетива колена, рамена, шаке и стопала, по партијама“.

-Питање за партију 12 је: „Да ли се за партију под редним бројем 12 може понудити дужина сидра од 20мм?“

-Питање за партију 13 је: „Да ли се за партију под редним бројем 13 може понудити дужина сидра од 20мм промера 5.5мм?“

Одговор:

Поштовани,

- Одговор за партију 12 је: Карактер и материјал импланта може бити компромитован променом дужине, уколико се ради о *TCP* и *PLL* структури завртња;
- Одговор за партију 13 је: Величина, односно промер завртња од 5.5мм дужине 20мм, није индикована за хирургију нестабилности зглоба рамена, што је намена предметног импланта из партије 13.

У Београду, 10.07.2020. године

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ