

Поштовани,

Сходно члану 63. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: ЗЈН), достављамо одговоре на постављена питања везана за **ЈН 22/2020 – „Добоши за стерилизацију за потребе Службе за хируршке интервенције (Операциони блок) Института „Бањица“, по спецификацији Наручиоца“**

#### **ПИТАЊА:**

##### **Pitanje br. 1**

У техничким спецификацијама за ставку 1 - четвртasti добоши за стерилизацију стоји да се контејнер и поклопак испоручују са платненим филтером.

Молимо Наручиоца да дозволи учеће понуђачима који уместо платненог филтера уз контејнер испоручују тefлонски филтер.

Тefлонски филтер представља боље решење од захтеваног. Тefлонски филтер је филтер за виšekратну употребу и може се користити 2.000 стерилизација. Сви стандарди везани за стерилизацију препоручују изbacивање текстила из употребе у стерилизацијама, а то подразумева и текстилне филтере.

##### **Pitanje br. 2**

У техничким спецификацијама за позисију бр. 1 - четвртasti добоши за стерилизацију захтевана је димензија контејнера 299x278x263 mm

Молимо Наручиоца да дозволи удеће понуђачу који нуди контејнер димензије 310x280x250 mm, Наведене димензије одступају од захтеваних за мање од 5%. У техничким спецификацијама није наведено никакво одступање од захтеване димензије која је врло специфична и ограничава конкурентност, што није у складу са чланом 10. ЗЈН - Наčело конкурентности.

##### **Pitanje br.3**

У техничким спецификацијама за позисију бр. 2 - Четвртasti добоши за стерилизацију стоји да се контејнер и поклопак испоручују са платненим филтером.

Молимо Наручиоца да дозволи учеће понуђачима који уместо платненог филтера уз контејнер испоручују тefлонски филтер.

Тefлонски филтер представља боље решење од захтеваног. Тefлонски филтер је филтер за виšekратну употребу и може се користити за 2.000 стерилизација. Сви стандарди везани за стерилизацију препоручују изbacивање текстила из употребе у стерилизацијама, што подразумева и текстилне филтере.

##### **Pitanje br. 4**

У техничким спецификацијама за позисију бр. 2 - Четвртasti добоши за стерилизацију захтевана је димензија контејнера 585x278x263 mm

Молимо Наручиоца да дозволи учеће понуђачу који нуди контејнер димензије 600x285x255 mm. Наведене димензије одступају од захтеваних за мање од 5%. У техничким спецификацијама није наведено никакво одступање од захтеване димензије која је врло специфична и ограничава конкурентност, што није у складу са чланом 10. ЗЈН - Наčело конкурентности.

#### **ОДГОВОР:**

Наручилац у свему остаје при захтевима из конкурсне документације. Спецификација је прецизирана у складу са потребама Института.

У Београду, 15.06.2020.год.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

ИНСТИТУТ ЗА  
ОРТОПЕДСКО-ХИРУРШКЕ БОЛЕСТИ  
"БАЊИЦА"  
БЕОГРАД, Михаила Аврамовића 28