

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ИНСТИТУТ ЗА ОРТОПЕДСКО-ХИРУРШКЕ БОЛЕСТИ
"БАЛКАН"

Бр. 1-1383/3 - 2016
18. 01. 2017 20 год.

БЕОГРАД, Михаила Арамовића бр. 20
пешт. ~~факс 65~~

Поштовани,

Сходно члану 63. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: ЗЈН), достављамо одговоре на постављена питања везаних за ЈН 88/2016 – „Набавка имплантата, по партијама“ са циљем закључења оквирног споразума на две године.

ПИТАЊЕ:

Pitanje

Шодно члану 10 ЗЈН ,да ли ћете прихватити Понуду за Партију 6 –Hibridne endoproteze кука tip 2,cementni stem izradjen od materijala naprednije generације- легуре CoCrMo?

ОДГОВОР:

У овој партији тражен је цементни стем без колара од нерђајућег челика (Inox) те се стем другачије легуре, па ни CoCrMo не може прихватити. Напомињемо Вам да је цементни стем од ове легуре тражен у другој партији. (Партија 5).

ПИТАЊЕ:

Partija 1.

Stem- Da li cete priхватiti Bescementni stem koji je mat površine, ako sve druge tražene tehničke karakteristike poseduje?

Acetabulum- Da li je prihvatljiva ponuda gde postoje 3 отвора за фиксацију, а пречник је 44-66 mm, а остale tražene tehničke karakteristike poseduje ?

ОДГОВОР:

У спецификацији је јасно наглашено да се тражи високо полиран стем у дисталном делу, те не можемо прихватити другачије тј. матирани.

Што се тиче ацетабулума у спецификацији је јасно наглашено да желимо ацетабулум са више од три мултицентрично распоређених отвора, те не може бити прихваћен ацетабулум који има само три отвора.

Пречник ацетабулума тражен је у дијаметрима од 44-70мм и мањи од тога не може бити прихваћен.

ПИТАЊЕ:

Partija 3.

Stem- Da li je prihvatljiva понуда за стем који има угao CCD (131 i 134 stepena) a испунjava остale tražene карактеристике?

Acetabulum-Da ли ћете прихватити понуду ако је пречника код 44-66 mm, а остale tražene карактеристике испунjava?

ОДГОВОР:

Стем са CD углом 134 степена може бити прихваћена у категорији стемова за нормалне кукове, док стем са CD углом од 131 степеном не може бити прихваћен у категорији стемова за варусне кукове, јер је тражен да његов CD угао буде мањи од 130 степени (значи 129,128,127...).

Пречник ацетабулума тражен је у дијаметрима од 44-70мм и мањи од тога не може бити прихваћен.

ПИТАЊЕ:

Partija 5.

Stem- Da li prihvivate leguru Ti kao material sličnih karakteristika, a sve druge opisane karakteristike su ispunjene?

Acetabulum – Da li je prihvatljiva ponuda gde postoje 3 otvora za fiksaciju, a prečnik je 44-66 mm, a ostale tražene tehničke karakteristike poseduje ?

ОДГОВОР:

У спецификацији је експлицитно тражено да цементни стем буде од легуре Co Cr Mo, те се титанијумска легура не може прихватити.

Што се тиче ацетабулума у спецификацији је јасно наглашено да желимо ацетабулум са више од три мултицентрично распоређених отвора, те не може бити прихваћен ацетабулум који има само три отвора.

Пречник ацетабулума тражен је у дијаметрима од 44-70мм и мањи од тога не може бити прихваћен.

ПИТАЊЕ:

Partija 6.

Acetabulum- Da li biste prihvatili ponudu koja ispunjava sve захтеве, a dijametar Acetabuluma je od 44-66 mm?

ОДГОВОР:

Пречник ацетабулума тражен је у дијаметрима од 44-70мм и мањи од тога не може бити прихваћен.

ПИТАЊЕ:

Partija 7.

Da li biste prihvatili predlog da se partija 7 podeli na 2 partije, jedna partija за primarnu protezu kolena , a druga као partija за revizionu protezu kolena?

Da li ће бити прихваћене величине за femoralnu i tibijalnu komponentu – по 6 величине, а за lajner 5 дебљина?

ОДГОВОР:

Ваш предлог да се Партија 7. подели на две партије не може бити прихваћен, јер је она и формирана због високих захтева у примарној и ревизионој артропластици колена. Напомињемо вам да постоји друга партија (Партија 8) која се односи само на примарне имплантате. На други део питања који се односи на величине тибијалне феморалне компоненте указујемо да се феморалне тибијалне компоненте у најмање седам величине, а лајнери у најмање 6 дебљина, те се мање од тога не може прихватити.

ПИТАЊЕ:

Partija 8.

Tibijalna komponenta- Da li prihvivate ponudu za biomaterijal sličnih karakteristika -leguru Ti6Al4V?

ОДГОВОР:

У овој партији тражена је тибијална компонента од легуре Co Cr Mo, те се друга врста легуре, односно легура Ti6Al4V, не може прихватити. Напомињемо Вам да је тибијална компонента Ti тражена у другој партији (Партији 7).

ПИТАЊЕ:

Partija 2.

Stem proteze-Da li je prihvatljiva ponuda за stem koji ima standardnu dužinu, a ostale тražene техничке карактеристике испunjава?

Acetabulum- Da ли је прихватљива понуда где постоје минимално 3 отвора за фиксацију, а спољашњи пречник је 44-66 mm ?

ОДГОВОР:

У овој партији тражен је стем без колара кратак са варијабилним офсетом, те се не може прихватити понуда за стем са стандардном дужином.

Напомињемо Вам да је стем стандардне дужине тражен у другим партијама.

Што се тиче ацетабулума у спецификацији је јасно наглашено да желимо ацетабулум са више од три мултицентрично распоређених отвора, те не може бити прихваћен ацетабулум који има само три отвора.

Пречник ацетабулума тражен је у дијаметрима од 44-70mm и мањи од тога не може бити прихваћен.

ПИТАЊЕ:

Partija 14.

1.Da li biste prihvatili измену у опису техничких карактеристика да број величина биартikуларне главе буде 17 (sedamnaest)?

2.Da li biste изменili у опису број дужина врата у 6 (шест), umesto траženih 5 (pet)?

ОДГОВОР:

- У овој партији није специфициран број величина, већ се траже „величине којима произвођач располаже“
- У спецификацији наводимо пет дужина вратова, што је стандард код највећег броја производа, а наравно да је прихватљивије и да буде више од тога. Стога спецификацију нећемо мењати.

ПИТАЊЕ:

Partija 15.

Stem proteze: Da ли можете да измените техничку документацију, i пovećate број величина, на најмање 11 величина стемова, I time добијете већи распон стемова I комфорност у раду?

Glava : Da ли ћете пovećati број траženih дужина, на 6 (шест), s обзиром да већина понуђача raspolaže са већим бројем од 4 (четири) дужине . Smatramo da minimalni захтев u броју глава, može da Vas limitira u radu.

ОДГОВОР:

Ова партија се односи на цементне ендопротезе за које је тражено најмање 6 величина стемова. Наравно да је прихватљиво да број величина стемова буде већи, уколико произвођач тиме располаже, али спецификацију на тај начин не можемо мењати.

ПИТАЊЕ:

Partija 16.

Stem proteze- Da li biste prihvatili univerzalni cementni stem, bez kolara, material sličnih karakteristika -legura Ti?

Glava : Da li ћете пovećati број траženih дужина, на 6 (шест), с обзиром да већина понуђача raspolaže са већим бројем од 4 (четири) дужине . Smatramo да минимални захтев у броју глава, може да Вас ограничи у раду.

ОДГОВОР:

У партији је тражен анатомски (лево-десни) стем са коларом, те универзални стем (који није лево-десни) у овој партији не може бити прихваћен. Напомињемо да су универзални стемови тражени у другој партији.

У спецификацији је наведено да се траже најмање четири дужине глава за све димензије, наравно да ћемо прихватити и већи број дужина, те због тога спецификацију нећемо мењати.

ПИТАЊЕ:

Partija 17.

Stem proteze- Можете ли да прихватите понуду за cementni stem bez kolara?

Materijal: Da li biste dodali opisu legure ili legura Ti6Al4V?

Glava : Da li ћете пovećati број траženih дужина, на 6 (шест), с обзиром да већина понуђача raspolaže са већим бројем од 4 (четири) дужине . Smatramo да минимални захтев у броју глава, може да Вас ограничи у раду.

ОДГОВОР:

У овој партији тражен је цементни стем са коларом , те цементни стем без колара не може бити прихваћен. Напомињемо да је универзални цементни стем без колара тражен у другој партији (Партија 15).

У Београду, 18.01.2017. год.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
Институт за
ортопедско-хируршке воједи
"ВАЊИЦА"
Београд