

Бр. Г-374/8  
27.04.2017 год.  
БЕОГРАД, Михајла Аврамовића бр. 28  
пошт. факс 65

Поштовани,

Сходно члану 63. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: ЗЈН), достављамо одговоре на постављена питања везаних за **ЈН 20/2017 – Набавка санитарског потрошног материјала за потребе Службе за хируршке интервенције (ОП блока), према спецификацији Наручиоца.**

**ПИТАЊЕ:**

Један од услова које понуђач мора да достави у понуди за ЈН бр. 20/2017, уз меницу и менично овлашћење, је оверен депо картон и фотокопија ОП обрасца за лица за које је доставио картон депо потписа. Наше питање је да ли фотокопија ОП обрасца оверена (код јавног бележника) са датумом овере од 15.03.2017.г може бити важећа, како би исту могли да поднесемо?

**ОДГОВОР:**

Уз понуду се доставља фотокопија ОП обрасца, која не треба да буде оверена, а све како је наведено у конкурсној документацији, на странама 16 и 17.

Дакле, оверену фотокопију ОП обрасца, поред осталих докумената које чине средство финансијског обезбеђења комплетним, у обавези су да доставе само они понуђачи са којима ће бити закључени уговори.

**ПИТАЊЕ:**

Партија 16. Лепљиве траке за контролу парне стерилизације, ширине минимум 18мм, дужине ролне од минимум 50м, са хемијским индикатором беле боје, који се у потпуности мења у браон или црну боју након адекватно спроведене стерилизације.

Питање: Да ли је прихватљиво понудити самолепљиву траку са хемијским индикатором зелене боје који мења боју у црну након адекватно спроведене стерилизације?

**ОДГОВОР:**

Неопходно је да промена боје хемијског индикатора буде из беле боје, која се у потпуности мења у браон или црну боју након адекватно спроведене стерилизације, ради јаснијег уочавања контраста између боја.

**ПИТАЊЕ:**

Да ли је за вашу установу прихватљиво да за ЈН20/2017, партија 8, стерилна једнократна навлака за артроскопску камеру, понуђач понуди минималну димензију 13x235цм?

**ОДГОВОР:**

Комисија за јавну набавку је у складу са потребама Института, као и из техничких, организационих и функционалних разлога, направила спецификацију, у којој је већ наведена минимална димензија (13x250цм), при којој остаје.

**ПИТАЊЕ:**

Да ли је прихватљиво да узорци који се улажу уз тендер за ЈН20/2017 партија 10, Сет за гарнирање за артроскопију колена, као и партија 11, Сет за гарнирање за протезу кука буду нестерилни?

**ОДГОВОР:**

Комисија за јавну набавку је у конкурсној документацији, на странама 9, 12, 15, 26, 30 и 37, јасно и недвосмислено навела упутство везано за узорке, у коме између осталог стоји и „узорци се достављају у оригиналном појединачном паковању“.

Дакле, на све партије се односи упутство да се узорци предају у оригиналном појединачном паковању - неотворени.

У Београду, 27.04.2017. године

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ