

Поштовани,

Сходно члану 63. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: ЗЈН), достављамо одговоре на постављена питања везаних за **ЈН 20/2017 – Набавка санитетског потрошног материјала за потребе Службе за хируршке интервенције (ОП блока), према спецификацији Наручиоца.**

ПИТАЊЕ:

Моломо Вас да за ЈН20/2017, партија 8: „Стерилна једнократна навлака за артроскопску камеру“, прихватите стерилну навлаку која је краћа за 15цм од наведене димензије у тендерској документацији. Краћа димнзија „изолационе цевасте кесе“ не утиче на антиинфективну протективну баријеру при самој артроскопији. На тај начин бисте омогућили учешће већег броја понуђача без фаворизовања појединаца и испоштовали члан 10. ЗЈН – начело обезбеђивања конкуренције као и члан 12. ЗЈН – начело једнакости понуђача.

Такође се у тендеру за поменути партију достављају узорци, те и сам наручилац може утврдити да се ради у истом производу.

Молимо Вас да одобите учешће понуђачима са краћом дужином прекривке.

ОДГОВОР:

Одговор на ово питање је Комисија за јавну набавку дала и објавила у сету „1 Питање 27.04.2017.“, заведеном под бројем I-374/8 дана 27.04.2017. године:

„Комисија за јавну набавку је у складу са потребама Института, као и из техничких, организационих и функционалних разлога, направила спецификацију, у којој је већ наведена минимална димензија (13x250цм), при којој остаје.“

У Београду, 05.05.2017. године

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ