

Поштовани,

Сходно члану 63. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: ЗЈН), достављамо одговоре на постављена питања везана за **ЈН 45/2019** – „Потрошни материјал за текуће одржавање објекта Института за ортопедско-хируршке болести „Бањица“, по спецификацији Наручиоца “

Pitanje :

Predmet JN broj 45/2019

Na osnovu odredbe člana 20 I 63 stav 2 Zakona o javnim nabavkama Sl Glasnik RS br.124/2012,14/15 I 68/15 u daljem tekstu ZJN u svojstvu zainteresovanog lica za podnošenje ponude u postupku javne nabavke broj JN broj 45/2019-Potrosni material za potrebe postrojenja za sterilizaciju medicinskog infektivnog otpada po partijama,blagovremeno postupajući u zakonskom roku dostavljamo Vam zahtev za pojasnjenje delova konkursne dokumentacije I predloge za izmenu iste kako bismo bili u mogućnosti da sačinimo prihvatljivu ponudu u smislu odredbe člana 61 ZJN.

Imajući u vidu da je u okviru partije br.1 Potrosni material za potrebe postrojenja za terilizaciju medicinskog infektivnog otpada pod stavkama 2 I 3 predvidjeno da trazene kutije moraju posedovati rotirajući poklopac,da li je ponuda prihvatljiva ukoliko kutija poseduje klikklak,potisni ili drugu vrstu poklopaca kojom se osigurava cvrsto,pouzdanو,privremeno I trajno zatvaranje kutije.

Zakon o upravljanju medicinskim otpadom nalaze da ambalaza zadovoljava uslove transporta opasnog tereta odnosno da svrha ambalaze konkretno poklopca bude da onemogućava rasipanje sadržaja iz pomenutih kutija I nigde se nespominje I neograničava koja vrsta poklopca mora da bude na kutijama...

Postovani zahtevanjem isključivo rotirajućeg poklopca dolazi do direktne favorizacije одређених понудјака који поседују ове врсте кутије а самим тим се прави неконкурентна I favorizovana javna nabavka.

Kako nebi doslo do krsenja ZJN tacka 10. I kako bi omogućili konkurentnu javnu nabavku I ucesce sto veceg proja ponudjaca predlazemo da konkursnu dokumentaciju izmenite te da navedenu tehnicku karakteristiku poklopca kutije formulisete na nacin kojim je moguće da osim rotirajućeg bude dozvoljena I druga vrsta poklopca koji omogućava cvrsto I trajno zatvaranje kutije a sve kako nebi doslo do narusavanja konkurencije I diskriminacije ponudjaca u predmetnom postupku javne nabavke

Predlazemo da izvršite izmenu konkursne dokumentacije u tom pogledu,te ukazujemo da po ovom pravnom pitanju postoji sadržajna praksa Republicke komisije za zastitu prava u postupcima havnih nabavki.

ОДГОВОР:

Поводом Вашег питања у вези ЈН 45/2019, указујемо Вам на следеће:

Сходно релевантним одредбама Закона о јавним набавкама наручилац у техничкој спецификацији односно кроз техничке захтеве омогућава да добра која се набављавају одговарају конкретним потребама наручиоца.

Институт за ортопедско-хирушке болести „Бањица“ је установа која на дневном нивоу обави велики број оперативних захвата, те је неопходно да кутије за одлагање инфективног отпада и оштрих предмета буду у највећој могућој мери функционалне, како за привремено тако и за трајно одлагање, обзиром да инфективни отпад чине материјали који су одбачени током пружања здравствених услуга, а који потенцијално могу да пренесу инфективне агенсе на људска бића, док се под оштрим предметима подразумевају игле за шприцеве, скалпеле, комплете за инфузију, ножеве, оштрице, сломљено стакло.

Наиме, кутије са ротирајућим поклопцем су за Институт адекватније, а имајући у виду већи степен безбедности кутија са ротирајућим поклопцем, обзиром да нема потребе за скидањем/одвртањем поклопца сваки пут приликом одлагања.

Указујемо Вам да Институт као послодавац, а сходно релевантним одредбама Закона о раду и Закона о безбедности и здравља на раду, има обавезу да штити здравље и безбедност запослених на раду, да предузима превентивне мере, као и да могућност од оштећења здравља запослених сведе на минимум.

Опреза ради напомињемо да је тај услов постојао и претходне године како за кутије од 3-3.2 литра, тако и за кутије од 6 литара.

Имајући у виду изнето, а обзиром да не сматрамо да је кутија са ротирајућим поклопцем фаворизијући услов, већ објективна потреба остајемо у целости при захтевима из конкурсне документације.

У Београду 23.09.2019.године

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ