



ИНСТИТУТ ЗА ОРТОПЕДИЈУ БАЊИЦА
Број: I-1291/2
Датум: 04.12.2020. године
Београд, ул. Михаила Аврамовића бр. 28

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
Биолошки индикатори за стерилизацију број 62/2020

Назив наручиоца: Институт за ортопедију Бањица

Адреса наручиоца: ул. Михаила Аврамовића бр. 28

Интернет страница наручиоца: www.iohbb.edu.rs

Врста наручиоца: здравство

Поступка набавке: Набавка на коју се закон не примењује по члану 27. став 1. тачка 1) Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 91/2019)

Предмет набавке: Биолошки индикатори за стерилизацију (CPV - 33140000 Медицински потрошни материјал)

Процењена вредност набавке у динарима (без ПДВ): 870.000,00 РСД

Јавна набавка је јединствена и није обликована по партијама.

Опис предмета набавке/техничка спецификација, остали услови и напомене: Дати у наставку позива за подношење понуда.

Начин и услови плаћања:

-Плаћање за испоручена добра се врши у року не дужем од 90 дана. Плаћање је у динарима. Плаћање ће се вршити сагласно могућностима Наручиоца у року који не може бити дужи од 90 дана од дана испостављања рачуна (у складу са чл. 4 ст. 2 и чл.16 ст. 3 Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл. гласник РС“ бр. 119/12, 68/15, 113/17 и 91/19), а за стварно испоручена добра у конкретној количини, што се констатује Записником о испорученим добрима одговарајуће количине и квалитета, коју потписују овлашћена лица Наручиоца и Понуђача, а према условима из обрасца понуде.

-Обавеза је понуђача да фактуру/рачун региструје у централном регистру фактура, приступом одговарајућој веб апликацији Управе за трезор у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник РС“ број 119/12, 68/15, 113/17 и 91/19) и Правилником о начину и поступку регистровања фактура, односно других захтева за исплату, као и начину вођења и садржају централног регистра фактура („Службени гласник РС“ број 7/2018, 59/2018 и 8/2019).

-Изабрани понуђач (Добављач) се обавезује да фактуру/рачун, након уношења у Централни регистар фактура, у року од три радна дана, достави на плаћање код Наручиоца, Београд, ул. Михаила Аврамовића бр. 28.

-Наручилац ће плаћање извршити на основу испостављене фактуре/рачуна понуђача.

-Уз рачун за плаћање, у којем ће обавезно бити наведен број уговора под којим је исти заведен код Наручиоца, доставити и Записник о извршеној испоруци, потписан од стране представника Наручиоца и изабраног понуђача (Добављача).

-Плаћање по овом уговору у 2020. години, вршиће се до нивоа средстава обезбеђених Финансијским планом за 2020. годину, за ове намене.

Критеријум за избор привредног субјекта: Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „ЦЕНА“. У случају да два или више привредна субјекта понуде исту цену, наручилац ће избор најповољнијег привредног субјекта извршити путем жреба.

Циљ спровођења поступка: Поступак се спроводи ради закључења уговора (до реализације испоруке предметних добара)

Начин преузимања документације, односно интернет адреса где је документација доступна:
www.iohbb.edy.rs

Начин подношења понуде и рок за подношење понуде:

Понуде се понодосе на обрасцима у прилогу позива за подношење понуда, скенирани, електронским путем, на адресу: javne.nabavke@iohbb.edy.rs заједно са свом захтеваном документацијом.

ПОНУДЕ ДОСТАВИТИ НАЈКАСНИЈЕ ДО 08.12.2020. ГОДИНЕ ДО 10:00 ЧАСОВА.

Место, време и начин отварања понуда: Отварање понуда је у просторијама Одсека јавних набавки Института за ортопедију Бањица, ул. Михаила Аврамовића 28, Београд, дана 08.12.2020. године у 11:00 часова.

Контакт:

Одсек за јавне набавке, 011/6661624, javne.nabavke@iohbb.edy.rs

Београд, 04.12.2020.године

ИНСТИТУТ ЗА ОРТОПЕДИЈУ
БАЊИЦА
БЕОГРАД, Михаила Аврамовића 28

ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ/ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

Биолошки индикатори за стерилизацију, набавка редни број 62/2020

Позиција	ОПИС	Јединица мере	Количина
1	1492V Super Brzi биолошки индикатор (1492V Super Rapid Readout biological indicator) Биолошки индикатор супербрзи, финално очитаванје за 24 минута (вакумски стерилизатори), на температури стерилизацијског циклуса у распону од 132 - 135 °C, састоји се од спора Geobacillus Stearothermophilus на носачу и хранљиве подлоге у ампули, са хемијским индикатором излагања на капци индикатора. Ускладјен са ISO 11138-1 -2017, 11138-3-2017, RIT (reduced incubation time) доказан независним сертификатом	кутија	10
2	1294 Brzi Биолошки индикатор за (EO) сетрилизацију (1294 Attest™ Rapid Readout Biological indicator for EO) Брзи биолошки индикатор за све EO циклусе, финално очитаванје за 4h, састоји се од спора Bacillus atrophaeus на носачу и хранљиве подлоге у ампули, заптивена стаклена ампула са средством за раст и bromotimol плавим системом pH индикатора. Хемијски индикатор на етикету мења боју у зелену након обраде. Ускладјен са ISO 11138-1-2017, ISO 11138-2-2017	кутија	12

Напомена:

-Поред испоруке добара изабрани понуђач је у обавези да пружи техничку подршку:

- 1) за позицију 1- Уз понуђени **1492V Super Brzi биолошки индикатор (1492V Super Rapid Readout biological indicator)** понуђач је у обавези да на уговорених 10 кутија биолошких индикатора испоручи и један апарат ауточитач Attest Incubator 490 Attest Dual Auto reader (gratis, као техничку подршку).
- 2) за позицију 2- Уз понуђени **1294 Brzi Биолошки индикатор за (EO) сетрилизацију (1294 Attest™ Rapid Readout Biological indicator for EO)** понуђач је у обавези да на уговорених 12 кутија биолошких индикатора испоручи и један апарат ауточитач Attest Incubator 390G Attest Auto reader (gratis, као техничку подршку).

Техничка подршка подразумева поред горе наведеног и да изабрани понуђач без посебне накнаде врши:

1. бесплатну обуку за рад на апаратима;
2. врши редовно одржавање, сервисирање и валидирање апарата;
3. обезбеђује непрекидан рад апарата или непрекидан процес вршења анализа (евентуалном заменом апарата због сервисирања или екстерно вршење анализа на терет испоручиоца, за време сервисирања апарата);
4. обезбеђује комплетно одржавање апарата, за време трајања уговора са свим потребним материјалом. Одржавање такође подразумева и евентуалну замену делова и поправку апарата без посебне накнаде.

Контакт:

Одсек за јавне набавке, 011/6661624, javne.nabavke@iohbb.edy.rs

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

Назив понуђача	
Адреса понуђача	
Матични број	
ПИБ	
Шифра делатности	
Назив банке и број рачуна	
Особа за контакт	
Е-маил	
Телефон/факс	
Овлашћено лице	

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ

Биолошки индикатори за стерилизацију, редни број набавке 62/2020

ПОНУДА број _____

позиција	Назив	Ј. М.	Количина	Јединична цена (РСД без ПДВ)	Укупна цена (РСД без ПДВ)
1	1492V Super Brzi bioloski indikator (1492V Super Rapid Readout biological indicator) Bioloski indikator superbrzi, finalno očitavanje za 24 minuta (vakumski sterilizatori), na temperaturi sterilizacijskog ciklusa u rasponu od 132 - 135 °C, sastoji se od spora Geobacillys Stearothermophilys na nosaču i hranljive podloge u ampuli, sa hemijskim indikatorom izlaganja na kapici indikatora. Uskladjen sa ISO 11138-1 -2017, 11138-3-2017, RIT (reduced incubation time) dokazan nezavisnim sertifikatom	кутија	10		
2	1294 Brzi Bioloski indikator za (EO) setrilizaciju (1294 Attest™ Rapid Readout Biological indicator for EO) Brzi bioloski indikator za sve EO cikluse, finalno očitavanje za 4h , sastoji se od spora Bacillys atrophaeysa nosaču i hranljive podloge u ampuli, zaptivena staklena ampula sa sredstvom za rast i bromotimol plavim sistemom pH indikatora. Hemijski indikator na	кутија	12		

etiketi menja boju u zelenu nakon obrade. Uskladjen sa ISO 11138-1-2017, ISO 11138-2-2017				
УКУПНО РСД БЕЗ ПДВ:				
ПДВ _____ % РСД				
УКУПНО РСД СА ПДВ:				

Рок испоруке добара: Рок прве испоруке је _____ (не дужи од 45 дана) од дана ступања на правну снагу уговора за **две кутије 1492V Super Brzi bioslokih indikatora и две кутије 1294 Brzi Bioslokih indikatora за (ЕО) setrilizaciju**. Свака наредна испорука је сукцесивна, по захтеву Наручиоца (тачна по количини и врсти како је Наручилац захтево) и мора стићи код Наручиоца у року од 24 сата од писменог или усменог захтева.

Рок важности понуде: _____ (минимум 30) дана

Начин и услови плаћања: Плаћање за испоручена добра се врши у року не дужем од 90 дана. Плаћање је у динарима. Плаћање ће се вршити сагласно могућностима Наручиоца у року који не може бити дужи од 90 дана од дана испостављања рачуна (у складу са чл. 4 ст. 2 и чл.16 ст. 3 Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл. гласник РС“ бр. 119/12, 68/15 ,113/17 и 91/19), а за стварно испоручена добра у конкретној количини, што се констатује Записником о испорученим добрима одговарајуће количине и квалитета, коју потписују овлашћена лица Наручиоца и Понуђача, а према условима из обрасца понуде.

ОСТАЛИ УСЛОВИ - НАПОМЕНА:

Привредни субјекат је у обавези да достави:

1) **ВАЖЕЋЕ РЕШЕЊЕ АЛИМС** о дозволи за стављање у промет добара која се нуде („Службени гласник РС“ бр. 30/2010, 107/2012, 105/2017-др. закон и 113/2017-др.закон),

(Уколико понуђач тврди да одређено добро не подлеже регистрацији код АЛИМС-а, дужан је да за наведене тврдње достави доказ (изјава понуђача или потврда АЛИМС-а). Уколико понуђач не достави доказ да добро за које се подноси понуда не подлеже регистрацији АЛИМС-а, а Наручилац провером (на сајту АЛИМС-а) утврди да иста постоји, његова понуда неће бити разматрана. Понуде које буду садржале доказ (изјава понуђача или потврда АЛИМС-а) да добра не подлежу регистрацији код АЛИМС-а неће бити одбијене као неприхватљиве.)

2) **Важеће Решење Министарства здравља РС за обављање делатности која се односи на предмет јавне набавке**

3) Оригиналну техничку и каталожску документацију произвођача, која може бити и на страном језику, за добра која се нуде и у истој је потребно обележити све наведене захтеване карактеристике из спецификације

Напомена:

-Поред испоруке добара изабрани понуђач је у обавези да пружи техничку подршку:

1) за позицију 1- Уз понуђени **1492V Super Brzi biosloki indikator (1492V Super Rapid Readout biological indicator)** понуђач је у обавези да на уговорених 10 кутија биолошких индикатора испоручи и један апарат ауточитач Attest Incubator 490 Attest Dual Auto reader (гратис , као техничку подршку).

2) за позицију 2- Уз понуђени 1294 Brzi Bioloski indikator za (EO) setrilizacijy (1294 Attest™ Rapid Readout Biological indicator for EO) понуђач је у обавези да на уговорених 12 кутија биолошких индикатора испоручи и један апарат ауточитач Attest Incubator 390G Attest Auto reader (гратис , као техничку подршку).

Техничка подршка подразумева поред горе наведеног и да избрани понуђач без посебне накнаде врши:

1. бесплатну обуку за рад на апаратима;
2. врши редовно одржавање, сервисирање и валидирање апарата;
3. обезбеђује непрекидан рад апарата или непрекидан процес вршења анализа (евентуалном заменом апарата због сервисирања или екстерно вршење анализа на терет испоручиоца, за време сервисирања апарата);
4. обезбеђује комплетно одржавање апарата, за време трајања уговора са свим потребним материјалом. Одржавање такође подразумева и евентуалну замену делова и поправку апарата без посебне накнаде.

Датум: _____

М.П.

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА



ИНСТИТУТ ЗА ОРТОПЕДИЈУ БАЊИЦА
Број: I-1291/2
Датум: 04.12.2020. године
Београд, ул. Михаила Аврамовића бр. 28

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
Биолошки индикатори за стерилизацију број 62/2020

Назив наручиоца: Институт за ортопедију Бањица

Адреса наручиоца: ул. Михаила Аврамовића бр. 28

Интернет страница наручиоца: www.iohbb.edu.rs

Врста наручиоца: здравство

Поступка набавке: Набавка на коју се закон не примењује по члану 27. став 1. тачка 1) Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 91/2019)

Предмет набавке: Биолошки индикатори за стерилизацију (CPV - 33140000 Медицински потрошни материјал)

Процењена вредност набавке у динарима (без ПДВ): 870.000,00 РСД

Јавна набавка је јединствена и није обликована по партијама.

Опис предмета набавке/техничка спецификација, остали услови и напомене: Дати у наставку позива за подношење понуда.

Начин и услови плаћања:

-Плаћање за испоручена добра се врши у року не дужем од 90 дана. Плаћање је у динарима. Плаћање ће се вршити сагласно могућностима Наручиоца у року који не може бити дужи од 90 дана од дана испостављања рачуна (у складу са чл. 4 ст. 2 и чл.16 ст. 3 Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл. гласник РС“ бр. 119/12, 68/15, 113/17 и 91/19), а за стварно испоручена добра у конкретној количини, што се констатује Записником о испорученим добрима одговарајуће количине и квалитета, коју потписују овлашћена лица Наручиоца и Понуђача, а према условима из обрасца понуде.

-Обавеза је понуђача да фактуру/рачун региструје у централном регистру фактура, приступом одговарајућој веб апликацији Управе за трезор у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник РС“ број 119/12, 68/15, 113/17 и 91/19) и Правилником о начину и поступку регистровања фактура, односно других захтева за исплату, као и начину вођења и садржају централног регистра фактура („Службени гласник РС“ број 7/2018, 59/2018 и 8/2019).

-Изабрани понуђач (Добављач) се обавезује да фактуру/рачун, након уношења у Централни регистар фактура, у року од три радна дана, достави на плаћање код Наручиоца, Београд, ул. Михаила Аврамовића бр. 28.

-Наручилац ће плаћање извршити на основу испостављене фактуре/рачуна понуђача.

-Уз рачун за плаћање, у којем ће обавезно бити наведен број уговора под којим је исти заведен код Наручиоца, доставити и Записник о извршеној испоруци, потписан од стране представника Наручиоца и изабраног понуђача (Добављача).

-Плаћање по овом уговору у 2020. години, вршиће се до нивоа средстава обезбеђених Финансијским планом за 2020. годину, за ове намене.

Критеријум за избор привредног субјекта: Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „ЦЕНА“. У случају да два или више привредна субјекта понуде исту цену, наручилац ће избор најповољнијег привредног субјекта извршити путем жреба.

Циљ спровођења поступка: Поступак се спроводи ради закључења уговора (до реализације испоруке предметних добара)

Начин преузимања документације, односно интернет адреса где је документација доступна:
www.iohbb.edy.rs

Начин подношења понуде и рок за подношење понуде:

Понуде се понодосе на обрасцима у прилогу позива за подношење понуда, скенирани, електронским путем, на адресу: javne.nabavke@iohbb.edy.rs заједно са свом захтеваном документацијом.

ПОНУДЕ ДОСТАВИТИ НАЈКАСНИЈЕ ДО 08.12.2020. ГОДИНЕ ДО 10:00 ЧАСОВА.

Место, време и начин отварања понуда: Отварање понуда је у просторијама Одсека јавних набавки Института за ортопедију Бањица, ул. Михаила Аврамовића 28, Београд, дана 08.12.2020. године у 11:00 часова.

Контакт:

Одсек за јавне набавке, 011/6661624, javne.nabavke@iohbb.edy.rs

Београд, 04.12.2020.године

ИНСТИТУТ ЗА ОРТОПЕДИЈУ
БАЊИЦА
БЕОГРАД, Михаила Аврамовића 28

ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ/ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

Биолошки индикатори за стерилизацију, набавка редни број 62/2020

Позиција	ОПИС	Јединица мере	Количина
1	1492V Super Brzi биолошки индикатор (1492V Super Rapid Readout biological indicator) Биолошки индикатор супербрзи, финално очитавање за 24 минута (вакумски стерилизатори), на температури стерилизацијског циклуса у распону од 132 - 135 °C, састоји се од спора Geobacillus Stearothermophilus на носачу и хранљиве подлоге у ампули, са хемијским индикатором излагања на капци индикатора. Ускладјен са ISO 11138-1 -2017, 11138-3-2017, RIT (reduced incubation time) доказан независним сертификатом	кутија	10
2	1294 Brzi Биолошки индикатор за (EO) сетрилизацију (1294 Attest™ Rapid Readout Biological indicator for EO) Брзи биолошки индикатор за све EO циклусе, финално очитавање за 4h, састоји се од спора Bacillus atrophaeus на носачу и хранљиве подлоге у ампули, заптивена стаклена ампула са средством за раст и bromotimol плавим системом pH индикатора. Хемијски индикатор на етикету мења боју у зелену након обраде. Ускладјен са ISO 11138-1-2017, ISO 11138-2-2017	кутија	12

Напомена:

-Поред испоруке добара изабрани понуђач је у обавези да пружи техничку подршку:

- 1) за позицију 1- Уз понуђени **1492V Super Brzi биолошки индикатор (1492V Super Rapid Readout biological indicator)** понуђач је у обавези да на уговорених 10 кутија биолошких индикатора испоручи и један апарат ауточитач Attest Incubator 490 Attest Dual Auto reader (gratis, као техничку подршку).
- 2) за позицију 2- Уз понуђени **1294 Brzi Биолошки индикатор за (EO) сетрилизацију (1294 Attest™ Rapid Readout Biological indicator for EO)** понуђач је у обавези да на уговорених 12 кутија биолошких индикатора испоручи и један апарат ауточитач Attest Incubator 390G Attest Auto reader (gratis, као техничку подршку).

Техничка подршка подразумева поред горе наведеног и да изабрани понуђач без посебне накнаде врши:

1. бесплатну обуку за рад на апаратима;
2. врши редовно одржавање, сервисирање и валидирање апарата;
3. обезбеђује непрекидан рад апарата или непрекидан процес вршења анализа (евентуалном заменом апарата због сервисирања или екстерно вршење анализа на терет испоручиоца, за време сервисирања апарата);
4. обезбеђује комплетно одржавање апарата, за време трајања уговора са свим потребним материјалом. Одржавање такође подразумева и евентуалну замену делова и поправку апарата без посебне накнаде.

Контакт:

Одсек за јавне набавке, 011/6661624, javne.nabavke@iohbb.edy.rs

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

Назив понуђача	
Адреса понуђача	
Матични број	
ПИБ	
Шифра делатности	
Назив банке и број рачуна	
Особа за контакт	
Е-маил	
Телефон/факс	
Овлашћено лице	

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ

Биолошки индикатори за стерилизацију, редни број набавке 62/2020

ПОНУДА број _____

позиција	Назив	Ј. М.	Количина	Јединична цена (РСД без ПДВ)	Укупна цена (РСД без ПДВ)
1	1492V Super Brzi bioloski indikator (1492V Super Rapid Readout biological indicator) Bioloski indikator superbrzi, finalno očitavanje za 24 minuta (vakumski sterilizatori), na temperaturi sterilizacijskog ciklusa u rasponu od 132 - 135 °C, sastoji se od spora Geobacillys Stearothermophilys na nosaču i hranljive podloge u ampuli, sa hemijskim indikatorom izlaganja na kapici indikatora. Uskladjen sa ISO 11138-1 -2017, 11138-3-2017, RIT (reduced incubation time) dokazan nezavisnim sertifikatom	кутија	10		
2	1294 Brzi Bioloski indikator za (EO) setrilizaciju (1294 Attest™ Rapid Readout Biological indicator for EO) Brzi bioloski indikator za sve EO cikluse, finalno očitavanje za 4h , sastoji se od spora Bacillys atrophaeysa nosaču i hranljive podloge u ampuli, zaptivena staklena ampula sa sredstvom za rast i bromotimol plavim sistemom pH indikatora. Hemijski indikator na	кутија	12		

etiketi menja boju u zelenu nakon obrade. Uskladjen sa ISO 11138-1-2017, ISO 11138-2-2017				
УКУПНО РСД БЕЗ ПДВ:				
ПДВ _____ % РСД				
УКУПНО РСД СА ПДВ:				

Рок испоруке добара: Рок прве испоруке је _____ (не дужи од 45 дана) од дана ступања на правну снагу уговора за **две кутије 1492V Super Brzi bioslokih indikatora и две кутије 1294 Brzi Bioslokih indikatora за (ЕО) setrilizaciju**. Свака наредна испорука је сукцесивна, по захтеву Наручиоца (тачна по количини и врсти како је Наручилац захтево) и мора стићи код Наручиоца у року од 24 сата од писменог или усменог захтева.

Рок важности понуде: _____ (минимум 30) дана

Начин и услови плаћања: Плаћање за испоручена добра се врши у року не дужем од 90 дана. Плаћање је у динарима. Плаћање ће се вршити сагласно могућностима Наручиоца у року који не може бити дужи од 90 дана од дана испостављања рачуна (у складу са чл. 4 ст. 2 и чл.16 ст. 3 Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл. гласник РС“ бр. 119/12, 68/15 ,113/17 и 91/19), а за стварно испоручена добра у конкретној количини, што се констатује Записником о испорученим добрима одговарајуће количине и квалитета, коју потписују овлашћена лица Наручиоца и Понуђача, а према условима из обрасца понуде.

ОСТАЛИ УСЛОВИ - НАПОМЕНА:

Привредни субјекат је у обавези да достави:

1) **ВАЖЕЋЕ РЕШЕЊЕ АЛИМС** о дозволи за стављање у промет добара која се нуде („Службени гласник РС“ бр. 30/2010, 107/2012, 105/2017-др. закон и 113/2017-др.закон),

(Уколико понуђач тврди да одређено добро не подлеже регистрацији код АЛИМС-а, дужан је да за наведене тврдње достави доказ (изјава понуђача или потврда АЛИМС-а). Уколико понуђач не достави доказ да добро за које се подноси понуда не подлеже регистрацији АЛИМС-а, а Наручилац провером (на сајту АЛИМС-а) утврди да иста постоји, његова понуда неће бити разматрана. Понуде које буду садржале доказ (изјава понуђача или потврда АЛИМС-а) да добра не подлежу регистрацији код АЛИМС-а неће бити одбијене као неприхватљиве.)

2) **Важеће Решење Министарства здравља РС за обављање делатности која се односи на предмет јавне набавке**

3) Оригиналну техничку и каталожску документацију произвођача, која може бити и на страном језику, за добра која се нуде и у истој је потребно обележити све наведене захтеване карактеристике из спецификације

Напомена:

-Поред испоруке добара изабрани понуђач је у обавези да пружи техничку подршку:

1) за позицију 1- Уз понуђени **1492V Super Brzi biosloki indikator (1492V Super Rapid Readout biological indicator)** понуђач је у обавези да на уговорених 10 кутија биолошких индикатора испоручи и један апарат ауточитач Attest Incubator 490 Attest Dual Auto reader (гратис , као техничку подршку).

2) за позицију 2- Уз понуђени 1294 Brzi Bioloski indikator za (EO) setrilizacijy (1294 Attest™ Rapid Readout Biological indicator for EO) понуђач је у обавези да на уговорених 12 кутија биолошких индикатора испоручи и један апарат ауточитач Attest Incubator 390G Attest Auto reader (гратис , као техничку подршку).

Техничка подршка подразумева поред горе наведеног и да избрани понуђач без посебне накнаде врши:

1. бесплатну обуку за рад на апаратима;
2. врши редовно одржавање, сервисирање и валидирање апарата;
3. обезбеђује непрекидан рад апарата или непрекидан процес вршења анализа (евентуалном заменом апарата због сервисирања или екстерно вршење анализа на терет испоручиоца, за време сервисирања апарата);
4. обезбеђује комплетно одржавање апарата, за време трајања уговора са свим потребним материјалом. Одржавање такође подразумева и евентуалну замену делова и поправку апарата без посебне накнаде.

Датум: _____

М.П.

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА



ИНСТИТУТ ЗА ОРТОПЕДИЈУ БАЊИЦА
Број: I-1291/2
Датум: 04.12.2020. године
Београд, ул. Михаила Аврамовића бр. 28

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
Биолошки индикатори за стерилизацију број 62/2020

Назив наручиоца: Институт за ортопедију Бањица

Адреса наручиоца: ул. Михаила Аврамовића бр. 28

Интернет страница наручиоца: www.iohbb.edu.rs

Врста наручиоца: здравство

Поступка набавке: Набавка на коју се закон не примењује по члану 27. став 1. тачка 1) Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 91/2019)

Предмет набавке: Биолошки индикатори за стерилизацију (CPV - 33140000 Медицински потрошни материјал)

Процењена вредност набавке у динарима (без ПДВ): 870.000,00 РСД

Јавна набавка је јединствена и није обликована по партијама.

Опис предмета набавке/техничка спецификација, остали услови и напомене: Дати у наставку позива за подношење понуда.

Начин и услови плаћања:

-Плаћање за испоручена добра се врши у року не дужем од 90 дана. Плаћање је у динарима. Плаћање ће се вршити сагласно могућностима Наручиоца у року који не може бити дужи од 90 дана од дана испостављања рачуна (у складу са чл. 4 ст. 2 и чл.16 ст. 3 Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл. гласник РС“ бр. 119/12, 68/15, 113/17 и 91/19), а за стварно испоручена добра у конкретној количини, што се констатује Записником о испорученим добрима одговарајуће количине и квалитета, коју потписују овлашћена лица Наручиоца и Понуђача, а према условима из обрасца понуде.

-Обавеза је понуђача да фактуру/рачун региструје у централном регистру фактура, приступом одговарајућој веб апликацији Управе за трезор у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник РС“ број 119/12, 68/15, 113/17 и 91/19) и Правилником о начину и поступку регистровања фактура, односно других захтева за исплату, као и начину вођења и садржају централног регистра фактура („Службени гласник РС“ број 7/2018, 59/2018 и 8/2019).

-Изабрани понуђач (Добављач) се обавезује да фактуру/рачун, након уношења у Централни регистар фактура, у року од три радна дана, достави на плаћање код Наручиоца, Београд, ул. Михаила Аврамовића бр. 28.

-Наручилац ће плаћање извршити на основу испостављене фактуре/рачуна понуђача.

-Уз рачун за плаћање, у којем ће обавезно бити наведен број уговора под којим је исти заведен код Наручиоца, доставити и Записник о извршеној испоруци, потписан од стране представника Наручиоца и изабраног понуђача (Добављача).

-Плаћање по овом уговору у 2020. години, вршиће се до нивоа средстава обезбеђених Финансијским планом за 2020. годину, за ове намене.

Критеријум за избор привредног субјекта: Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „ЦЕНА“. У случају да два или више привредна субјекта понуде исту цену, наручилац ће избор најповољнијег привредног субјекта извршити путем жреба.

Циљ спровођења поступка: Поступак се спроводи ради закључења уговора (до реализације испоруке предметних добара)

Начин преузимања документације, односно интернет адреса где је документација доступна:
www.iohbb.edy.rs

Начин подношења понуде и рок за подношење понуде:

Понуде се поносе на обрасцима у прилогу позива за подношење понуда, скенирани, електронским путем, на адресу: javne.nabavke@iohbb.edy.rs заједно са свом захтеваном документацијом.

ПОНУДЕ ДОСТАВИТИ НАЈКАСНИЈЕ ДО 08.12.2020. ГОДИНЕ ДО 10:00 ЧАСОВА.

Место, време и начин отварања понуда: Отварање понуда је у просторијама Одсека јавних набавки Института за ортопедију Бањица, ул. Михаила Аврамовића 28, Београд, дана 08.12.2020. године у 11:00 часова.

Контакт:

Одсек за јавне набавке, 011/6661624, javne.nabavke@iohbb.edy.rs

Београд, 04.12.2020.године

ИНСТИТУТ ЗА ОРТОПЕДИЈУ
БАЊИЦА
БЕОГРАД, Михаила Аврамовића 28

ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ/ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

Биолошки индикатори за стерилизацију, набавка редни број 62/2020

Позиција	ОПИС	Јединица мере	Количина
1	1492V Super Brzi биолошки индикатор (1492V Super Rapid Readout biological indicator) Биолошки индикатор супербрзи, финално очитаванје за 24 минута (вакумски стерилизатори), на температури стерилизацијског циклуса у распону од 132 - 135 °C, састоји се од спора Geobacillus Stearothermophilus на носачу и хранљиве подлоге у ампули, са хемијским индикатором излагања на капци индикатора. Ускладјен са ISO 11138-1 -2017, 11138-3-2017, RIT (reduced incubation time) доказан независним сертификатом	кутија	10
2	1294 Brzi Биолошки индикатор за (EO) сетрилизацију (1294 Attest™ Rapid Readout Biological indicator for EO) Брзи биолошки индикатор за све EO циклусе, финално очитаванје за 4h, састоји се од спора Bacillus atrophaeus на носачу и хранљиве подлоге у ампули, заптивена стаклена ампула са средством за раст и bromotimol плавим системом pH индикатора. Хемијски индикатор на етикету мења боју у зелену након обраде. Ускладјен са ISO 11138-1-2017, ISO 11138-2-2017	кутија	12

Напомена:

-Поред испоруке добара изабрани понуђач је у обавези да пружи техничку подршку:

- 1) за позицију 1- Уз понуђени **1492V Super Brzi биолошки индикатор (1492V Super Rapid Readout biological indicator)** понуђач је у обавези да на уговорених 10 кутија биолошких индикатора испоручи и један апарат ауточитач Attest Incubator 490 Attest Dual Auto reader (gratis, као техничку подршку).
- 2) за позицију 2- Уз понуђени **1294 Brzi Биолошки индикатор за (EO) сетрилизацију (1294 Attest™ Rapid Readout Biological indicator for EO)** понуђач је у обавези да на уговорених 12 кутија биолошких индикатора испоручи и један апарат ауточитач Attest Incubator 390G Attest Auto reader (gratis, као техничку подршку).

Техничка подршка подразумева поред горе наведеног и да изабрани понуђач без посебне накнаде врши:

1. бесплатну обуку за рад на апаратима;
2. врши редовно одржавање, сервисирање и валидирање апарата;
3. обезбеђује непрекидан рад апарата или непрекидан процес вршења анализа (евентуалном заменом апарата због сервисирања или екстерно вршење анализа на терет испоручиоца, за време сервисирања апарата);
4. обезбеђује комплетно одржавање апарата, за време трајања уговора са свим потребним материјалом. Одржавање такође подразумева и евентуалну замену делова и поправку апарата без посебне накнаде.

Контакт:

Одсек за јавне набавке, 011/6661624, javne.nabavke@iohbb.edy.rs

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

Назив понуђача	
Адреса понуђача	
Матични број	
ПИБ	
Шифра делатности	
Назив банке и број рачуна	
Особа за контакт	
Е-маил	
Телефон/факс	
Овлашћено лице	

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ

Биолошки индикатори за стерилизацију, редни број набавке 62/2020

ПОНУДА број _____

позиција	Назив	Ј. М.	Количина	Јединична цена (РСД без ПДВ)	Укупна цена (РСД без ПДВ)
1	1492V Super Brzi bioloski indikator (1492V Super Rapid Readout biological indicator) Bioloski indikator superbrzi, finalno očitavanje za 24 minuta (vakumski sterilizatori), na temperaturi sterilizacijskog ciklusa u rasponu od 132 - 135 °C, sastoji se od spora Geobacillys Stearothermophilys na nosaču i hranljive podloge u ampuli, sa hemijskim indikatorom izlaganja na kapici indikatora. Uskladjen sa ISO 11138-1 -2017, 11138-3-2017, RIT (reduced incubation time) dokazan nezavisnim sertifikatom	кутија	10		
2	1294 Brzi Bioloski indikator za (EO) setrilizaciju (1294 Attest™ Rapid Readout Biological indicator for EO) Brzi bioloski indikator za sve EO cikluse, finalno očitavanje za 4h , sastoji se od spora Bacillys atrophaeysa nosaču i hranljive podloge u ampuli, zaptivena staklena ampula sa sredstvom za rast i bromotimol plavim sistemom pH indikatora. Hemijski indikator na	кутија	12		

etiketi menja boju u zelenu nakon obrade. Uskladjen sa ISO 11138-1-2017, ISO 11138-2-2017				
УКУПНО РСД БЕЗ ПДВ:				
ПДВ _____ % РСД				
УКУПНО РСД СА ПДВ:				

Рок испоруке добара: Рок прве испоруке је _____ (не дужи од 45 дана) од дана ступања на правну снагу уговора за **две кутије 1492V Super Brzi bioslokih indikatora и две кутије 1294 Brzi Bioslokih indikatora за (ЕО) setrilizaciju**. Свака наредна испорука је сукцесивна, по захтеву Наручиоца (тачна по количини и врсти како је Наручилац захтево) и мора стићи код Наручиоца у року од 24 сата од писменог или усменог захтева.

Рок важности понуде: _____ (минимум 30) дана

Начин и услови плаћања: Плаћање за испоручена добра се врши у року не дужем од 90 дана. Плаћање је у динарима. Плаћање ће се вршити сагласно могућностима Наручиоца у року који не може бити дужи од 90 дана од дана испостављања рачуна (у складу са чл. 4 ст. 2 и чл.16 ст. 3 Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл. гласник РС“ бр. 119/12, 68/15 ,113/17 и 91/19), а за стварно испоручена добара у конкретној количини, што се констатује Записником о испорученим добрима одговарајуће количине и квалитета, коју потписују овлашћена лица Наручиоца и Понуђача, а према условима из обрасца понуде.

ОСТАЛИ УСЛОВИ - НАПОМЕНА:

Привредни субјекат је у обавези да достави:

1) **ВАЖЕЋЕ РЕШЕЊЕ АЛИМС** о дозволи за стављање у промет добара која се нуде („Службени гласник РС“ бр. 30/2010, 107/2012, 105/2017-др. закон и 113/2017-др.закон),

(Уколико понуђач тврди да одређено добро не подлеже регистрацији код АЛИМС-а, дужан је да за наведене тврдње достави доказ (изјава понуђача или потврда АЛИМС-а). Уколико понуђач не достави доказ да добро за које се подноси понуда не подлеже регистрацији АЛИМС-а, а Наручилац провером (на сајту АЛИМС-а) утврди да иста постоји, његова понуда неће бити разматрана. Понуде које буду садржале доказ (изјава понуђача или потврда АЛИМС-а) да добра не подлежу регистрацији код АЛИМС-а неће бити одбијене као неприхватљиве.)

2) **Важеће Решење Министарства здравља РС за обављање делатности која се односи на предмет јавне набавке**

3) Оригиналну техничку и каталожску документацију произвођача, која може бити и на страном језику, за добра која се нуде и у истој је потребно обележити све наведене захтеване карактеристике из спецификације

Напомена:

-Поред испоруке добара изабрани понуђач је у обавези да пружи техничку подршку:

1) за позицију 1- Уз понуђени **1492V Super Brzi biosloki indikator (1492V Super Rapid Readout biological indicator)** понуђач је у обавези да на уговорених 10 кутија биолошких индикатора испоручи и један апарат ауточитач Attest Incubator 490 Attest Dual Auto reader (гратис , као техничку подршку).

2) за позицију 2- Уз понуђени 1294 Brzi Bioloski indikator za (EO) setrilizacijy (1294 Attest™ Rapid Readout Biological indicator for EO) понуђач је у обавези да на уговорених 12 кутија биолошких индикатора испоручи и један апарат ауточитач Attest Incubator 390G Attest Auto reader (гратис , као техничку подршку).

Техничка подршка подразумева поред горе наведеног и да избрани понуђач без посебне накнаде врши:

1. бесплатну обуку за рад на апаратима;
2. врши редовно одржавање, сервисирање и валидирање апарата;
3. обезбеђује непрекидан рад апарата или непрекидан процес вршења анализа (евентуалном заменом апарата због сервисирања или екстерно вршење анализа на терет испоручиоца, за време сервисирања апарата);
4. обезбеђује комплетно одржавање апарата, за време трајања уговора са свим потребним материјалом. Одржавање такође подразумева и евентуалну замену делова и поправку апарата без посебне накнаде.

Датум: _____

М.П.

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА



ИНСТИТУТ ЗА ОРТОПЕДИЈУ БАЊИЦА
Број: I-1291/2
Датум: 04.12.2020. године
Београд, ул. Михаила Аврамовића бр. 28

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
Биолошки индикатори за стерилизацију број 62/2020

Назив наручиоца: Институт за ортопедију Бањица

Адреса наручиоца: ул. Михаила Аврамовића бр. 28

Интернет страница наручиоца: www.iohbb.edu.rs

Врста наручиоца: здравство

Поступка набавке: Набавка на коју се закон не примењује по члану 27. став 1. тачка 1) Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 91/2019)

Предмет набавке: Биолошки индикатори за стерилизацију (CPV - 33140000 Медицински потрошни материјал)

Процењена вредност набавке у динарима (без ПДВ): 870.000,00 РСД

Јавна набавка је јединствена и није обликована по партијама.

Опис предмета набавке/техничка спецификација, остали услови и напомене: Дати у наставку позива за подношење понуда.

Начин и услови плаћања:

-Плаћање за испоручена добра се врши у року не дужем од 90 дана. Плаћање је у динарима. Плаћање ће се вршити сагласно могућностима Наручиоца у року који не може бити дужи од 90 дана од дана испостављања рачуна (у складу са чл. 4 ст. 2 и чл.16 ст. 3 Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл. гласник РС“ бр. 119/12, 68/15, 113/17 и 91/19), а за стварно испоручена добра у конкретној количини, што се констатује Записником о испорученим добрима одговарајуће количине и квалитета, коју потписују овлашћена лица Наручиоца и Понуђача, а према условима из обрасца понуде.

-Обавеза је понуђача да фактуру/рачун региструје у централном регистру фактура, приступом одговарајућој веб апликацији Управе за трезор у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник РС“ број 119/12, 68/15, 113/17 и 91/19) и Правилником о начину и поступку регистровања фактура, односно других захтева за исплату, као и начину вођења и садржају централног регистра фактура („Службени гласник РС“ број 7/2018, 59/2018 и 8/2019).

-Изабрани понуђач (Добављач) се обавезује да фактуру/рачун, након уношења у Централни регистар фактура, у року од три радна дана, достави на плаћање код Наручиоца, Београд, ул. Михаила Аврамовића бр. 28.

-Наручилац ће плаћање извршити на основу испостављене фактуре/рачуна понуђача.

-Уз рачун за плаћање, у којем ће обавезно бити наведен број уговора под којим је исти заведен код Наручиоца, доставити и Записник о извршеној испоруци, потписан од стране представника Наручиоца и изабраног понуђача (Добављача).

-Плаћање по овом уговору у 2020. години, вршиће се до нивоа средстава обезбеђених Финансијским планом за 2020. годину, за ове намене.

Критеријум за избор привредног субјекта: Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „ЦЕНА“. У случају да два или више привредна субјекта понуде исту цену, наручилац ће избор најповољнијег привредног субјекта извршити путем жреба.

Циљ спровођења поступка: Поступак се спроводи ради закључења уговора (до реализације испоруке предметних добара)

Начин преузимања документације, односно интернет адреса где је документација доступна:
www.iohbb.edy.rs

Начин подношења понуде и рок за подношење понуде:

Понуде се поносе на обрасцима у прилогу позива за подношење понуда, скенирани, електронским путем, на адресу: javne.nabavke@iohbb.edy.rs заједно са свом захтеваном документацијом.

ПОНУДЕ ДОСТАВИТИ НАЈКАСНИЈЕ ДО 08.12.2020. ГОДИНЕ ДО 10:00 ЧАСОВА.

Место, време и начин отварања понуда: Отварање понуда је у просторијама Одсека јавних набавки Института за ортопедију Бањица, ул. Михаила Аврамовића 28, Београд, дана 08.12.2020. године у 11:00 часова.

Контакт:

Одсек за јавне набавке, 011/6661624, javne.nabavke@iohbb.edy.rs

Београд, 04.12.2020.године

ИНСТИТУТ ЗА ОРТОПЕДИЈУ
БАЊИЦА
БЕОГРАД, Михаила Аврамовића 28

ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ/ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

Биолошки индикатори за стерилизацију, набавка редни број 62/2020

Позиција	ОПИС	Јединица мере	Количина
1	1492V Super Brzi биолошки индикатор (1492V Super Rapid Readout biological indicator) Биолошки индикатор супербрзи, финално очитаванје за 24 минута (вакумски стерилизатори), на температури стерилизацијског циклуса у распону од 132 - 135 °C, састоји се од спора Geobacillus Stearothermophilus на носачу и хранљиве подлоге у ампули, са хемијским индикатором излагања на капци индикатора. Ускладјен са ISO 11138-1 -2017, 11138-3-2017, RIT (reduced incubation time) доказан независним сертификатом	кутија	10
2	1294 Brzi Биолошки индикатор за (EO) сетрилизацију (1294 Attest™ Rapid Readout Biological indicator for EO) Брзи биолошки индикатор за све EO циклусе, финално очитаванје за 4h, састоји се од спора Bacillus atrophaeus на носачу и хранљиве подлоге у ампули, заптивена стаклена ампула са средством за раст и bromotimol плавим системом pH индикатора. Хемијски индикатор на етикету мења боју у зелену након обраде. Ускладјен са ISO 11138-1-2017, ISO 11138-2-2017	кутија	12

Напомена:

-Поред испоруке добара изабрани понуђач је у обавези да пружи техничку подршку:

- 1) за позицију 1- Уз понуђени **1492V Super Brzi биолошки индикатор (1492V Super Rapid Readout biological indicator)** понуђач је у обавези да на уговорених 10 кутија биолошких индикатора испоручи и један апарат ауточитач Attest Incubator 490 Attest Dual Auto reader (gratis, као техничку подршку).
- 2) за позицију 2- Уз понуђени **1294 Brzi Биолошки индикатор за (EO) сетрилизацију (1294 Attest™ Rapid Readout Biological indicator for EO)** понуђач је у обавези да на уговорених 12 кутија биолошких индикатора испоручи и један апарат ауточитач Attest Incubator 390G Attest Auto reader (gratis, као техничку подршку).

Техничка подршка подразумева поред горе наведеног и да изабрани понуђач без посебне накнаде врши:

1. бесплатну обуку за рад на апаратима;
2. врши редовно одржавање, сервисирање и валидирање апарата;
3. обезбеђује непрекидан рад апарата или непрекидан процес вршења анализа (евентуалном заменом апарата због сервисирања или екстерно вршење анализа на терет испоручиоца, за време сервисирања апарата);
4. обезбеђује комплетно одржавање апарата, за време трајања уговора са свим потребним материјалом. Одржавање такође подразумева и евентуалну замену делова и поправку апарата без посебне накнаде.

Контакт:

Одсек за јавне набавке, 011/6661624, javne.nabavke@iohbb.edy.rs

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

Назив понуђача	
Адреса понуђача	
Матични број	
ПИБ	
Шифра делатности	
Назив банке и број рачуна	
Особа за контакт	
Е-маил	
Телефон/факс	
Овлашћено лице	

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ

Биолошки индикатори за стерилизацију, редни број набавке 62/2020

ПОНУДА број _____

позиција	Назив	Ј. М.	Количина	Јединична цена (РСД без ПДВ)	Укупна цена (РСД без ПДВ)
1	1492V Super Brzi bioloski indikator (1492V Super Rapid Readout biological indicator) Bioloski indikator superbrzi, finalno očitavanje za 24 minuta (vakumski sterilizatori), na temperaturi sterilizacijskog ciklusa u rasponu od 132 - 135 °C, sastoji se od spora Geobacillys Stearothermophilys na nosaču i hranljive podloge u ampuli, sa hemijskim indikatorom izlaganja na kapici indikatora. Uskladjen sa ISO 11138-1 -2017, 11138-3-2017, RIT (reduced incubation time) dokazan nezavisnim sertifikatom	кутија	10		
2	1294 Brzi Bioloski indikator za (EO) setrilizaciju (1294 Attest™ Rapid Readout Biological indicator for EO) Brzi bioloski indikator za sve EO cikluse, finalno očitavanje za 4h , sastoji se od spora Bacillys atrophaeysa nosaču i hranljive podloge u ampuli, zaptivena staklena ampula sa sredstvom za rast i bromotimol plavim sistemom pH indikatora. Hemijski indikator na	кутија	12		

etiketi menja boju u zelenu nakon obrade. Uskladjen sa ISO 11138-1-2017, ISO 11138-2-2017				
УКУПНО РСД БЕЗ ПДВ:				
ПДВ _____ % РСД				
УКУПНО РСД СА ПДВ:				

Рок испоруке добара: Рок прве испоруке је _____ (не дужи од 45 дана) од дана ступања на правну снагу уговора за **две кутије 1492V Super Brzi bioslokih indikatora и две кутије 1294 Brzi Bioslokih indikatora за (ЕО) setrilizaciju**. Свака наредна испорука је сукцесивна, по захтеву Наручиоца (тачна по количини и врсти како је Наручилац захтево) и мора стићи код Наручиоца у року од 24 сата од писменог или усменог захтева.

Рок важности понуде: _____ (минимум 30) дана

Начин и услови плаћања: Плаћање за испоручена добра се врши у року не дужем од 90 дана. Плаћање је у динарима. Плаћање ће се вршити сагласно могућностима Наручиоца у року који не може бити дужи од 90 дана од дана испостављања рачуна (у складу са чл. 4 ст. 2 и чл.16 ст. 3 Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл. гласник РС“ бр. 119/12, 68/15 ,113/17 и 91/19), а за стварно испоручена добара у конкретној количини, што се констатује Записником о испорученим добрима одговарајуће количине и квалитета, коју потписују овлашћена лица Наручиоца и Понуђача, а према условима из обрасца понуде.

ОСТАЛИ УСЛОВИ - НАПОМЕНА:

Привредни субјекат је у обавези да достави:

1) **ВАЖЕЋЕ РЕШЕЊЕ АЛИМС** о дозволи за стављање у промет добара која се нуде („Службени гласник РС“ бр. 30/2010, 107/2012, 105/2017-др. закон и 113/2017-др.закон),

(Уколико понуђач тврди да одређено добро не подлеже регистрацији код АЛИМС-а, дужан је да за наведене тврдње достави доказ (изјава понуђача или потврда АЛИМС-а). Уколико понуђач не достави доказ да добро за које се подноси понуда не подлеже регистрацији АЛИМС-а, а Наручилац провером (на сајту АЛИМС-а) утврди да иста постоји, његова понуда неће бити разматрана. Понуде које буду садржале доказ (изјава понуђача или потврда АЛИМС-а) да добра не подлежу регистрацији код АЛИМС-а неће бити одбијене као неприхватљиве.)

2) **Важеће Решење Министарства здравља РС за обављање делатности која се односи на предмет јавне набавке**

3) Оригиналну техничку и каталожску документацију произвођача, која може бити и на страном језику, за добра која се нуде и у истој је потребно обележити све наведене захтеване карактеристике из спецификације

Напомена:

-Поред испоруке добара изабрани понуђач је у обавези да пружи техничку подршку:

1) за позицију 1- Уз понуђени **1492V Super Brzi biosloki indikator (1492V Super Rapid Readout biological indicator)** понуђач је у обавези да на уговорених 10 кутија биолошких индикатора испоручи и један апарат ауточитач Attest Incubator 490 Attest Dual Auto reader (гратис , као техничку подршку).

2) за позицију 2- Уз понуђени 1294 Brzi Bioloski indikator za (EO) setrilizacijy (1294 Attest™ Rapid Readout Biological indicator for EO) понуђач је у обавези да на уговорених 12 кутија биолошких индикатора испоручи и један апарат ауточитач Attest Incubator 390G Attest Auto reader (гратис , као техничку подршку).

Техничка подршка подразумева поред горе наведеног и да избрани понуђач без посебне накнаде врши:

1. бесплатну обуку за рад на апаратима;
2. врши редовно одржавање, сервисирање и валидирање апарата;
3. обезбеђује непрекидан рад апарата или непрекидан процес вршења анализа (евентуалном заменом апарата због сервисирања или екстерно вршење анализа на терет испоручиоца, за време сервисирања апарата);
4. обезбеђује комплетно одржавање апарата, за време трајања уговора са свим потребним материјалом. Одржавање такође подразумева и евентуалну замену делова и поправку апарата без посебне накнаде.

Датум: _____

М.П.

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА
