

Бр. I-232/6
31. 03. 2016 20 год.

БЕОГРАД, Миканда Аврамовића бр. 23
пошт. фах 65

Поштовани,

Сходно члану 63. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: ЗЈН), достављамо одговоре на постављена питања везаних за **ЈН 15/2016 – Набавка остеофиксационог и остеоинтетског материјала, по спецификацији Наручиоца.**

ПИТАЊЕ:

Да ли је за Наручиоца прихватљиво да Понуђач достави копију оригиналног каталога произвођача?

ОДГОВОР:

Комисија за јавну набавку остаје при свом захтеву који стоји на странама 10, 23 и 75 конкурсне документације, где је наведено да су понуђачи обавезни да доставе: „Оригиналан каталог произвођача или друго штампано издање произвођача са техничким карактеристикама, на страном језику, за добра која се нуде и у истој је потребно обележити све наведене захтеване карактеристике, из којих Наручилац може недвосмислено утврдити да понуђено добро одговара захтевима из спецификације конкурсне документације“.

Ближе објашњење је на страни 20 конкурсне документације, под тачкама А) и Б).

ПИТАЊЕ:

Питање за партију 9-Клинови за интрамедуларну остеоинтезу прелома проксималног фемура тип 2 за РФЗО: да ли ће бити прихваћен клин дужине 180, кратки?

ОДГОВОР:

У спецификацији за партију 9 је и наведено да је захтевана дужина кратког клина у опсегу од 170мм до 200мм. Дакле, биће прихваћена дужина од 180мм, пошто се налази у наведеном опсегу.

У Београду, 31.03.2016. године

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ