

Поштовани,

Сходно члану 63. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: ЗЈН), достављамо одговор на постављен питање везане за **ЈН 39/2016 – „Потрошни материјал и резервни делови за потребе постројења за стерилизацију медицинског инфективног отпада, по партијама, по спецификацији Наручиоца“.**

ПИТАЊЕ:

У конкурсној документацији Javne nabavke male vrednosti dobara pod nazivom „Potrošni materijal i rezervni delovi za potrebe postrojenja za sterilizaciju medicinskog infективног отпада, по партијама, по спецификацији Наручиоца“ JN br. 39/2016, Obrazac 8/1 Partija 1- Potrošni materijal za потребе постројења за sterilizaciju medicinskog infективног отпада, strana 28. Конкурсне документације подредним бројем 3. су као предмет јавне набавке наведене:

- „Кутије за оште предмете са покlopцем, округле, висине 450-490 mm, запремине 6l, жуте боје са одштампаном декларацијом „полипропилен“, аутоклавабилне до 135 степени Целзијусових (standard ISO 9001; 14001; 18001)

На кутијама мора да буде видљива ознака „Biohazard“ као и ознака UN кода.

У истој Партiji 1 подредним бројем 4. као предмет јавне набавке су наведене:

- Кутије (контежнер) за оште предмете израђена од полипропилена која поседује механизам за коначно затварање контежнера без могућности поновног отварања као и поклопац који садржи механизам за дневно отварање и затварање, запремина 3l, жуте боје са одштампаном декларацијом, аутоквалабилне до 135 степени Целзијусових (standard ISO 9001; 14001; 18001)

На кутијама мора да буде видљива ознака „Biohazard“ као и ознака UN кода.

Уочени недостатак односно неправилност у конкурсној документацији се састоји у томе што наручилац нје оправдао нити образлоžio своје потребе за тачно specificiranim кутијама за оште предмете са покlopцем под таčком 3. Партije 1, нити је образлоžio због чега морaju бити баš округлог облика и захтеване висине од 450 до 490 mm, запремине 6l, обзиром да кутије за оште предмете могу бити другог облика висине и запремине, а да takođe задовољавају потребе zbrinjavanja оштих предмета.

Sa druge strane, pod rednim brojem 4. kutija ili čak to može biti kontejner za oštре predmete zapremine 3l ničim nije uslovljena odnosno ni oblikom ni visinom, niti bilo kojom drugom karakteristikom kao što je to u prethodnom slučaju, a takođe se radi o ambalaži za oštре predmete.

Napred navedeno postupanje naručioca je protivno članu 10. stav 2. ZJN, jer naručilac ne može da ograniči konkureniju korišćenjem diskriminatorskih uslova, tehničkih specifikacija i kriterijuma, a u ovom slučaju naručilac nije doveo u logičku vezu zahtevani oblik i dimenzije ambalaže predviđene konkursnom dokumentacijom pod rednim brojem 3. sa vrstom, količinom i oblikom medicinskog otpada koji generiše.

Pored toga, Zakon o javnim nabavkama u članu 76. stav 6. predviđa da naručilac određuje uslove za učešće u postupku tako da ti uslovi ne diskriminišu ponuđače i da su u logičkoj vezi sa predmetom javne nabavke, a što u ovoj Javnoj nabavci odnosno konkursnoj dokumentaciji nije slučaj.

#### ОДГОВОР:

Наручилац је конкурсном документацијом у Партији 1, тачка 3 захтевао следеће :“ Kutije za oštре predmete sa poklopcom, Okrugle, Visine 450-490mm, Zapremina 6 litara, Žute boje sa odštampanom deklaracijom,Polipropilen, Autoklavabilne do 135°C (standard ISO 9001; 14001; 18001),Na kutijama mora da bude vidljiva oznaka “Biohazard” kao i oznaka UN koda“ јер крајњи корисник овог добра код Наручиоца (Служба за хируршке интервенције (Операциони блок)) мора одлагати у ову врсту кутија специфичан материјал и ошtre предмете (нпр.Киршнерове игле, дугачке артроскопске игле, оштри пластични делови шрафова за лигаменте и сл.) који по својој димензији не могу да се одложе у кутије које су мање што по висини, што по запремини.

Под тачком 4 у конкурсној документацији захтевано је следеће: „Kutije (kontejner) za oštре predmete izradjena od polipropilena koja poseduje mehanizam za konačno zatvaranje kontejnera bez mogućnosti ponovnog otvaranja, као и poklopac koji sadrži mehanizam za dnevno otvaranje i zatvaranje,Zapremina 3 litra, Žute boje sa odštampanom deklaracijom, Autoklavabilne do 135°C (standard ISO 9001; 14001; 18001), Na kutijama mora da bude vidljiva oznaka “Biohazard” као и oznaka UN koda“. Наручилац у овој тачки није захтевао искључиво четвртаст или округао облик кутије, јер обе врсте одговарају потребама Наручиоца, корисници овог добра су сва болничка одељења која одлажу на прописани начин инфективни отпад. Дакле болничка одељења нису до те мере специфична приликом одлагања отпада као Операциони блок (одлажу се предмети или материјали који могу да убоду или посеку: игле, скалпели, стакло....и друго). С тога сви понуђачи који на тржишту располажу било четвртастим било округлим кутијама захтеваних карактеристика могу да се јаве на тендер, што је још један доказ да Наручилац није ни у ком случају имао намеру било какве дискриминације нити сузбијања конкуренције.

Уназад неколико година Наручилац је својим конкурсним документацијама наводио иста ова добра, са истим карактеристикама при чему се најмање четири понуђача јављало на тендер, што је још један од доказа да Наручилац и овај пут није ограничио конкуренцију, нити је имао за циљ дискриминацију било ког потенцијалног понуђача.

Везано за законску обавезу наручиоца да у поступку јавне набавке омогући што већу конкуренцију, Републичка комисија за заштиту права по Решењу број 4-00-66/2015 од 12.02.2016. године изнела је свој став: „Републичка комисија указује да наручилац сваки конкретан поступак јавне набавке спроводи у циљу задовољавања објективних потреба, ана основу конкурсне документације којом дефинише захтеве који одговарају таквим потребама. Сходно томе, обавеза обезбеђења што је могуће веће конкуренције се не може тумачити на начин који подразумева обавезу наручиоца да сваком заинтересованом лицу омогући учешће у поступку јавне набавке, не водећи притом рачуна о сврси јавне набавке, као ни о квалитету услуга која је предмет исте. Дакле, услове и захтеве у конкурсној документацији, наручилац дефинише првенствено полазећи од својих објективних потреба, а не од пословних и економских интереса понуђача.“

У Београду, 22.06.2016. год.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

Институт  
ОРТОПЕДСКО-ХИРУРШКЕ БОЛЕСТИ  
„БАЊИЦА“  
БЕОГРАД, Михаила Аранђеловића 26